



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Panel Multiplex Molecular para Patógenos Asociados a Neumonía. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 378
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	3
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Identificación de Bacterias ((ACB) complex - Chlamydia pneumoniae - Enterobacter cloacae complex - Escherichia coli - Haemophilus influenza - Klebsiella aerogenes - Klebsiella oxytoca - Klebsiella pneumonia group - Legionella pneumophila - Moraxella catarrhalis - Mycoplasma pneumonia - Proteus sp. - Pseudomonas aeruginosa - Serratia marcescens - Staphylococcus aureus - Streptococcus agalactiae - Streptococcus pneumoniae - Streptococcus pyogenes - VIM). Identificación de Virus (Adenovirus - Coronavirus - .Metapneumovirus Humano - Rinovirus/Enterovirus Humano - Influenza A - Influenza B - Virus Parainfluenza - Virus Sincitial Respiratorio). Genes de Resistencia (CTX M - IMP - KPC - mecA/C & MREJ - NDM - OXA 48 like).	
Características de la Muestra:	Volumen 0,5 ml. Muestra Líquida. Aplica para Paneles Multiplex Moleculares. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cualitativa
Respaldo Regulatorio:	Aceptado por CAP, CMS, COLA, TJC.
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos