



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Pruebas en Equipo I-Stat. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 945
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	11
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Enero - Mayo - Agosto
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Calcio ionizado - Cloro - Creatinina - Glucosa - Hematocrito - Hemoglobina - Lactato - Potasio - Sodio - tCO2 - Nitrógeno Uréico (BUN).	
Características de la Muestra:	Volumen 3,0 ml. Ampolla Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	% de Desempeño Actual y Acumulado. Evaluación Cuantitativa. Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos