



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Hematología. Siemens Advia 120, 2120 y 2120i. 5. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 240
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	11
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Diferencial Automatizado Hematocrito Hemoglobina MCH	MCHC MCV MPV Conteo de Plaquetas
	RBC RDW WBC
Características de la Muestra:	Volumen 4,0 ml. Sangre Total Simulada Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	% de Desempeño Actual y Acumulado. Calificación (Aceptable/Inaceptable) Evaluación Cuantitativa. Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos