



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) PEEC Tripanosoma cruzi (E. de Chagas)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LAB 005CHP
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Chagas (Anti - Trypanosoma cruzi)	
Características de la Muestra:	Volúmen: 3,5 ml Suero. Permite reportar hasta 2 métodos/instrumentos. Muestra líquida lista para usar. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Físico - email
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Desempeño Actual y Acumulado. Evaluación Cualitativa por Concordancia. Evaluación Cuantitativa. Media, SD, SDI, CV, Incertidumbre.
Respaldo Regulatorio:	NA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Colombia