



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Hemoglobina A1c (HbA1c). API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 126
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Enero - Mayo - Agosto
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Glicohemoglobina (como HbA1c)	
Características de la Muestra:	Volúmen 0,7 ml. Hemolizado. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	% de Desempeño Actual y Acumulado. Evaluación Cualitativa por Concordancia. Evaluación Cuantitativa. Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre, Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos

www.labcarecolombia.com +57 60 1 8985201 qcsosporte@labcarecolombia.com