



## Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Coagulación Especiales. Adicionado a API 217. API (USA)

### Especificaciones Técnicas

<b>Referencia Interna:</b>	API 283
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	15
<b>Eventos por Año:</b>	3
<b>Meses de Participación:</b>	Marzo - Julio - Noviembre
<b>Número de Muestras por Evento:</b>	5
<b>Informes Disponibles:</b>	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>	
<b>Antitrombina III Actividad</b> <b>Factor II Actividad</b> <b>Factor V Actividad</b> <b>Factor VII Actividad</b> <b>Factor VIII Actividad</b>	<b>Factor IX Actividad</b> <b>Factor X Actividad</b> <b>Factor XI Actividad</b> <b>Factor XII Actividad</b> <b>Plasminógeno</b>
	<b>Proteína C</b> <b>Proteína S</b> <b>Tiempo de Trombina</b> <b>Factor von Willebrand Actividad</b> <b>Factor von Willebrand Antígeno</b>
<b>Características de la Muestra:</b>	Volúmen 1,0 ml. Plasma Liofilizado. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal API-PT
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	% de Desempeño Actual y Acumulado. Evaluación Cualitativa por Concordancia. Evaluación Cuantitativa. Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre, Histograma.
<b>Respaldo Regulatorio:</b>	Aceptado por CAP, CMS, COLA, TJC.
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
<b>Origen:</b>	Estados Unidos