
CERTEST

Enterovirus

ONE STEP *Enterovirus*
CARD TEST

CERTEST BIOTEC S.L.





CERTEST *Enterovirus*

One Step test to detect Enterovirus in card format I
Prueba de un solo paso para detección de Enterovirus en formato cassette

ENGLISH

INTENDED USE

CerTest *Enterovirus* one step card test is a coloured chromatographic immunoassay for the qualitative detection of *Enterovirus* in stool samples. CerTest *Enterovirus* card test offers a simple and a highly sensitive screening assay to make a presumptive diagnosis of *Enterovirus* infection.

INTRODUCTION

Enterovirus belongs to the *Picornaviridae* family and are the smallest, non-enveloped viruses known to infect both humans and animals. The spread of enteroviral infections is mainly by the faecal-oral and oral-oral route, but also through direct contact with secretions from ophthalmic and dermal lesions. *Enteroviruses* are single-stranded RNA viruses. Water, food and soil contaminated by infected faeces are an exogenous infection source which creates many opportunities for the transfer of the infection, and cause an epidemic outbreak in a short period of time. The average incubation period for enteroviral contagious is from 3–10 to 30 days.

The virus, after replicating and breaking the gastrointestinal tract barrier, is transmitted via the blood stream to every organ of the body. *Enterovirus* reveals tropism towards organs like the heart, skin, and in particular the central nervous system. It has been proved that infected people excrete large quantities of the virus in faeces for a period of even 16 weeks.

Traditional division organizes this taxonomic group into the subgenera polioviruses, coxsackieviruses (group A, B), echoviruses and a group of *Enterovirus* marked according to their serotype number (66–71 and newly identified 73–75, 77, 78). In 2003, the International Committee on Taxonomy of Viruses created a new taxonomy classification. *Enterovirus* henceforth was divided into 5 groups of species based on their molecular properties (HEV-A, HEV-B, HEV-C, HEV-D and poliovirus).

TEST PRINCIPLE

CerTest *Enterovirus* is based on the principle of a qualitative immunochromatographic assay for the determination of *Enterovirus* (VP1 peptide) in stool samples.

The strip consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against *Enterovirus* and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with test label solution (mouse monoclonal antibodies anti-*Enterovirus*) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming coloured conjugate complexes.

If the sample is positive, the antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugate complex (anti-*Enterovirus* monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres), which was previously pre-dried on the absorbent pad. The mixture then moves upward on the membrane by capillary action. As the sample flows through the test membrane, the binding conjugate complexes migrate. The anti-*Enterovirus* antibodies present on the membrane (test line) capture the coloured conjugate and the red line will be visible. This band is used to interpret the result.

If the sample is negative, there is no *Enterovirus* antigens presence and yet, the antigens may be present in a concentration lower than the detection limit value, for which the reaction will not take place with the red-coloured conjugate complex. The anti-*Enterovirus* antibodies present on the membrane (test line) will not capture the antigen-red-coloured conjugate complex (not formed), for which the red line will not appear.

Whether the sample is positive or not, the mixture continues to move across the membrane to the immobilized specific antibodies placed in the control line. The anti-specific protein antibodies present on the membrane will capture control green-conjugate complex and the control line will always appears. The presence of this green line serves as: 1) verification that sufficient volume is added, 2) that proper flow is obtained and 3) an internal control for the reagents.

STORAGE AND STABILITY

Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C. The test is stable until the expiration date marked on its sealed pouch. The test must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

PRECAUTIONS

- For professional *in vitro* diagnostic use.
- Do not use after expiration date.
- All the specimens should be considered potentially hazardous and handled in the same manner as an infectious agent. A new test must be used for each sample to avoid contamination errors.
- The tests should be discarded in a proper biohazard container after testing.
- Reagents contain preservatives. Avoid any contact with skin or mucous membrane. Consult safety data sheet, available on request.
- Components provide in the kit are approved for use in the CerTest *Enterovirus* test. Do not use any other commercial kit component.
- Follow Good Laboratory Practices, wear protective clothing, use disposal gloves, goggles and mask. Do not eat, drink or smoke in the working area.




SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

Stool samples should be collected in clean containers. The samples can be stored in the refrigerator (2-8°C) for 1-2 days prior to testing. For longer storage, maximum 1 year, the specimen must be kept frozen at -20°C. In this case, the sample will be totally thawed and brought to room temperature before testing. Homogenise stool samples as thoroughly as possible prior to preparation.

Specimen preparation (see illustration):

1. Take out the cap of the stool collection tube (1) and use the stick to pick up sufficient sample quantity. Then, introduce the stick once into 4 different parts of the stool sample (2), to collect faecal sample (approx. 125mg) and add it to the stool collection tube. For liquid samples, add approx. 125µL in the stool collection tube using a micropipette.
2. Close the tube with the diluent and stool sample. Shake the tube in order to assure good sample dispersion (3).



MATERIALS

MATERIALS PROVIDED

- CerTest *Enterovirus* card tests
- Instructions for use
- Stool collection tubes with diluent

MATERIALS REQUIRED BUT NO PROVIDED


- Specimen collection container
- Disposable gloves
- Timer

TEST PROCEDURE


Allow tests, stool samples and controls to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open pouches until the performance of the assay.

1. Proceed to shake the stool collection tube in order to assure good sample dispersion.
2. Remove the CerTest *Enterovirus* card test from its sealed bag just before using it.
3. Take the stool collection tube, cut the end of the cap (4) and dispense 4 drops in the circular window marked with the letter S (5). Avoid adding solid particles with the liquid.
4. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes.

If the test does not run due to solid particles, stir the sample added in the sample window (S) with the stick. If it doesn't work, dispense a drop of diluent until seeing the liquid running through the reaction zone.



INTERPRETATION OF RESULTS (please refer to the illustration below)



	Enterovirus	Interpretation of the results
1.	- GREEN	There is no <i>Enterovirus</i> presence. No viral infection caused by <i>Enterovirus</i> .
2.	+ GREEN-RED	There is <i>Enterovirus</i> presence. Viral infection caused by <i>Enterovirus</i> .
3.	Any other result	Invalid result, we recommend repeating the assay using the same sample with another test.

NEGATIVE: Only the GREEN line appears across the results window in the site marked with the letter C (control line).

POSITIVE: In addition to the GREEN control line, a RED line also appears in the site marked with the letter T (test line) in the results window.

INVALID: Total absence of the control coloured line (GREEN) regardless the appearance or not of the test line (RED). Insufficient specimen volume, incorrect procedural techniques or deterioration of the reagents are mostly the main reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the assay with a new test. If the symptoms or situation still persists, discontinue using the test kit and contact your local distributor.

NOTES ON THE INTERPRETATION OF RESULTS

The intensity of the red coloured band in the test line (T) in the results window will vary depending on the concentration of antigens present in the specimen. However, neither the quantitative value nor the rate of increase in antigens can be determined by this qualitative test.

QUALITY CONTROL

Internal procedural control is included in the test. A green line appearing in the control line (C) in the results window is an internal control, which confirms sufficient specimen volume and correct procedural technique.

LIMITATIONS

- The test must be carried out within 2 hours after opening the sealed bag.
- An excess of sample could cause wrong results (brown bands appear). Dilute the sample with the diluent and repeat the test.
- The intensity of test line may vary from very strong at high antigens concentration to faint when the antigens concentration is close to the detection limit value of the test.
- After one month of infection, the number of viruses in faeces is decreasing, making the sample less reactive. Stool samples could be collected previously to the onset of symptoms or also at 24-48 hours.
- If the patient has been recently vaccinated (for example against *Poliovirus*), it could appear a positive result.
- CerTest *Enterovirus* should be used only with samples from human faeces. The use of other samples has not been established. The quality of the test depends on the quality of the sample; proper faecal specimens must be obtained.
- Positive results determine the presence of *Enterovirus* in faecal samples; nevertheless, it can be due to several species. A positive result should be followed up with diagnostic procedures to confirm the results and the species. A confirmed infection should only be made by a physician after all clinical and laboratory findings have been evaluated and must be based in the correlation of the results with further clinical observations.
- A negative result is not meaningful because of it is possible the antigens concentration in the stool sample is lower than the detection limit value. If the symptoms or situation still persist, an *Enterovirus* determination should be carried out with another technique (for example microscopy, biochemical method).



CERTEST *Enterovirus*

One Step test to detect *Enterovirus* in card format /
Prueba de un solo paso para detección de *Enterovirus* en formato cassette

EXPECTED VALUES

There is worldwide circulation of *Enteroviruses*. Seasonal aseptic meningitis outbreaks due to non-polio *Enteroviruses* have been noted to peak in summer till early autumn in the Northern Hemisphere.

While the prevalent serotype varies from year to year, with cocirculation of several serotypes a common observation, recent epidemics have been attributed primarily to Echovirus 30 (E30).

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Clinical sensitivity and specificity

An evaluation, with faecal samples, was performed comparing the results obtained by an immunochromatographic test (CerTest *Enterovirus*, CerTest) and another commercial *Enterovirus* assay (IDEIA *Enterovirus* assay, Dako and IMAGEN™ *Enterovirus*, Oxoid). The results were as follows:

		IDEIA <i>Enterovirus</i> assay and IMAGEN™ <i>Enterovirus</i>		
		+	-	Total
IC test: CerTest <i>Enterovirus</i>	+	3	0	3
	-	0	32	32
	Total	3	32	35

	Sensitivity	Specificity	PPV	NPV
CerTest <i>Enterovirus</i> vs IDEIA <i>Enterovirus</i> assay and IMAGEN™ <i>Enterovirus</i>	>99%	>99%	>99%	>99%

The results showed a high sensitivity and specificity to detect *Enterovirus* using CerTest *Enterovirus*.

Cross reactivity

An evaluation was performed to determine the cross reactivity of CerTest *Enterovirus*; no cross reactivity against gastrointestinal pathogens occasionally present in faeces:

<i>Astrovirus</i>	<i>Helicobacter pylori</i>	<i>Shigella boydii</i>
<i>Campylobacter coli</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Shigella dysenteriae</i>
<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Norovirus</i>	<i>Shigella flexneri</i>
<i>Clostridium difficile</i>	<i>Rotavirus</i>	<i>Shigella sonnei</i>
<i>Cryptosporidium parvum</i>	<i>Salmonella enteritidis</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Entamoeba histolytica</i>	<i>Salmonella paratyphi</i>	<i>Yersinia enterocolitica</i>
<i>Escherichia coli</i> O157:H7	<i>Salmonella typhimurium</i>	
<i>Giardia lamblia</i>	<i>Salmonella typhi</i>	



ESPAÑOL**USO PREVISTO**

CerTest *Enterovirus* card test es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de *Enterovirus* en muestras de heces.

CerTest *Enterovirus* card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por *Enterovirus*.

INTRODUCCIÓN

Enterovirus pertenecen a la familia *Picornaviridae* y son los virus más pequeños sin envoltura que se conocen que infectan tanto a personas como a animales. La transmisión se produce principalmente vía feco-oral y también boca a boca, pero puede producirse mediante contacto directo con secreciones provenientes de lesiones oftálmicas o dérmicas. *Enterovirus* están formados por virus RNA de cadena simple. El agua, comida y tierra contaminadas por heces infectadas son una fuente externa de infección que crea muchas oportunidades para la transmisión de la infección, y provocar un brote epidémico en poco tiempo. El periodo medio de incubación por contagio enterovírico, puede ser de 3-10 hasta 30 días.

El virus, tras su replicación y una vez que traspasa la barrera del tracto gastrointestinal, se transmite vía torrente sanguíneo a cada órgano del cuerpo. *Enterovirus* presenta un tropismo hacia órganos diana como el corazón, la piel y el sistema nervioso central principalmente. Ha sido probado que una persona infectada puede excretar grandes cantidades de virus en un periodo que puede durar hasta 16 semanas.

La división tradicional clasifica este grupo taxonómico dentro del subgénero *Poliovirus*, *Coxsackievirus* (grupo A, B), *Echovirus* y un grupo de *Enterovirus* denominado según su número de serotipo (66-71, y los recientemente identificados 73-75, 77,78). En 2003, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus creó una nueva clasificación taxonómica. Dividieron los *Enterovirus* en 5 grupos de especies basándose en sus propiedades moleculares (HEV-A, HEV-B, HEV-C, HEV-D y *Poliovirus*).

FUNDAMENTO DEL TEST

CerTest *Enterovirus* es una prueba cualitativa inmunocromatográfica para la detección de *Enterovirus* (proteína VP1) en muestras de heces.

La membrana de nitrocelulosa ha sido fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Enterovirus* en la línea de test (T) en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se ha dispensado una preparación de reactivos de la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Enterovirus*) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Si la muestra es positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-*Enterovirus*-microesferas rojas de látex) el cual ha sido secado previamente en el material absorbente. Esta mezcla avanza por capilaridad a través de la membrana. Conforme la muestra va migrando también lo hacen los complejos conjugados. Los anticuerpos anti-*Enterovirus* presentes en la membrana (línea de test) capturarán el complejo coloreado del test y la línea roja aparecerá. Estas líneas se utilizarán para interpretación del resultado.

Si la muestra es negativa, no presenta antígenos de *Enterovirus* o los antígenos están presentes en una concentración inferior al límite de detección y no se produce reacción con el complejo coloreado rojo. Los anticuerpos anti-*Enterovirus* presentes en la membrana (línea de test) no capturarán el antígeno-complejo coloreado rojo (no formado) y no aparecerá la línea roja.

Independientemente de que la muestra sea positiva o no, la mezcla continuará moviéndose a través de la membrana hacia los anticuerpos inmovilizados frente a la proteína específica localizados en la línea de control. Estos anticuerpos anti-proteína específica presentes en la membrana capturarán el complejo conjugado de control y la línea de control verde siempre aparecerá. La aparición de esta línea se utiliza: 1) para verificar que se ha añadido el volumen de muestra suficiente, 2) que el flujo ha sido apropiado y 3) como control interno de los reactivos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado entre 2 y 30°C en su envase original sellado, para conseguir un óptimo funcionamiento hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. No debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

PRECAUCIONES

- Sólo para uso profesional *in vitro*.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Las muestras se deben considerar potencialmente peligrosas y deben ser manipuladas de la misma forma que a un agente infeccioso. Un nuevo test deberá utilizarse para cada muestra para evitar errores de contaminación.
- Los tests usados deben ser gestionados como residuos sanitarios (contenedor de residuos sanitarios).


- Los reactivos contienen conservantes. Debe evitarse cualquier contacto con la piel o las mucosas. Consultar fichas de seguridad, disponibles bajo petición.
- Los componentes proporcionados con el kit son aprobados para su uso con CerTest *Enterovirus* test. No se deben usar con componentes de otros kits comercializados.
- Seguir las Buenas Prácticas de Laboratorio, llevar ropa de protección adecuada, usar guantes desechables, gafas de protección y mascarilla. No comer, ni beber o fumar en la zona de trabajo.

RECOGIDA DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN

Las muestras deben ser recogidas en un recipiente limpio. Las muestras se deben conservar en frío (2-8°C), durante 1-2 días, hasta el momento de utilizarlas. Para conservar las muestras durante un tiempo prolongado, como máximo 1 año, deben mantenerse congeladas a -20°C. La muestra debe descongelarse totalmente y alcanzar la temperatura ambiente para poder utilizarla en la prueba. Homogeneizar la muestra vigorosamente antes de su preparación.

Preparación de la muestra (ver dibujo):

1. Abrir el tubo para dilución de muestra (1) y con ayuda del palito tomar suficiente cantidad de muestra de las heces recogidas. Para ello se introducirá el palito una sola vez en 4 zonas distintas de la muestra (2), tomando una cantidad de heces (aprox. 125mg) y posteriormente se introducirá la muestra en el tubo para dilución. Para muestras líquidas, añadir aprox. 125µL en el tubo para dilución utilizando una micropipeta.
2. Cerrar el tubo que contiene la muestra y el diluyente. Agitarlo para facilitar la dispersión de la muestra (3).



MATERIALES

MATERIALES SUMINISTRADOS

- CerTest *Enterovirus* card tests
- Instrucciones de uso
- Tubos para dilución de muestra con diluyente

MATERIALES NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

- Recipiente para recogida de muestras
- Guantes desechables
- Cronómetro

PROCEDIMIENTO


Previamente los tests, las muestras de heces y los controles se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir los envases hasta el momento de la prueba.

1. Agitar el tubo para dilución de muestra para asegurar una buena dispersión.
2. Sacar el test CerTest *Enterovirus* de su envase antes de utilizarlo.
3. Tomar el tubo para dilución de muestra, cortar la punta del tapón (4) y añadir 4 gotas del líquido en la ventana circular marcada con la letra S (5), evitando añadir partículas sólidas con el líquido.
4. **Leer el resultado a los 10 minutos.** No leer el resultado superados los 10 minutos.


Si se da el caso de que el test no funciona debido a la presencia de partículas sólidas, agitar con el palito la muestra en la ventana (S). Si no funciona, añadir una gota de diluyente hasta que se vea avanzar el líquido por la zona de resultados.

CERTEST Enterovirus

One Step test to detect Enterovirus in card format
Prueba de un solo paso para detección de Enterovirus en formato cassette



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (Por favor, fíjese en el siguiente dibujo)



1. NEGATIVO

2. POSITIVO

3. INVÁLIDO

INVÁLIDO

	Enterovirus	Interpretación de resultados
1.	- VERDE	No hay presencia de <i>Enterovirus</i> . No hay infección vírica causada por <i>Enterovirus</i> .
2.	+ VERDE-ROJO	Hay presencia de <i>Enterovirus</i> . Hay infección vírica causada por <i>Enterovirus</i> .
3.	Cualquier otro resultado	Resultado inválido, se recomienda repetir la prueba con la misma muestra y otro test

NEGATIVO: Una sola línea de color VERDE aparece en la ventana de resultados del test, en la zona marcada con la letra C (línea de control).

POSITIVO: Además de la línea de control VERDE, también aparece una línea ROJA en la zona marcada con la letra T (línea de test) en la ventana de resultados.

INVÁLIDO: Cuando la línea de control (VERDE) no aparece, independientemente de que aparezca o no la línea de test (ROJA). Las causas más comunes por las que puede aparecer un resultado inválido son: un volumen insuficiente de muestra, una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo test. Si los síntomas o la situación persisten, debe dejar de utilizar la prueba y contactar con su distribuidor.

OBSERVACIONES

La intensidad de la línea de color rojo en la línea de test (T) en la ventana de resultados variará dependiendo de la concentración de antígenos presente en la muestra. Sin embargo, esta prueba es cualitativa, por lo que, ni la cantidad ni la tasa de aumento de antígenos pueden ser determinados por la misma.

CONTROL DE CALIDAD

El control interno de funcionamiento viene incluido en la prueba. La línea verde que aparece en la línea de control (C) en la ventana de resultados es el control interno del proceso, comprobando que el volumen de muestra es suficiente y que el procedimiento seguido ha sido el adecuado.

LIMITACIONES

1. Una vez abierto, el test no debe usarse después de 2 horas.
2. Un exceso de muestra de heces puede dar resultados erróneos, dando líneas no muy definidas de color pardo, que no tienen ningún valor diagnóstico. Diluir la muestra con el diluyente y repetir el test.
3. La intensidad de la línea de test puede variar desde muy fuerte a alta concentración de antígenos a débil cuando la concentración de antígenos está cerca del valor del límite de detección del test.
4. Después de un mes de infección la presencia de virus eliminados en heces disminuye considerablemente haciendo la muestra menos reactiva. La toma de muestra de heces es conveniente realizarla antes de la aparición de los síntomas para evitar propagación del virus o tras 24-48 horas.
5. Si el paciente ha sido vacunado recientemente (por ejemplo frente a *Poliovirus*) podría dar un resultado positivo.
6. CerTest *Enterovirus* debería utilizarse sólo con muestras de heces humanas. El uso de otras muestras no ha sido determinado. La calidad del test depende de la calidad de la muestra; por lo que se debe realizar una adecuada toma de muestras fecales.
7. Los resultados positivos determinan la presencia de *Enterovirus* en muestras de heces; sin embargo, ésta puede ser debida a varias especies. Un resultado positivo debería ser contrastado con otras técnicas diagnósticas para determinar la fuente y la causa de la presencia de sangre en la muestra de heces. La infección debe confirmarse por un especialista o médico cualificado, tras evaluar las pruebas clínicas y los hallazgos de laboratorio teniendo en cuenta la correlación que puede existir con todas las observaciones clínicas.
8. Un resultado negativo no se debe considerar como concluyente, puede darse que la concentración de antígenos en la muestra de heces sea inferior al valor del límite de detección. Si los síntomas o la situación persisten, la determinación de *Enterovirus* se debería realizar con otra técnica (por ejemplo microscopía, métodos bioquímicos).

VALORES ESPERADOS

La circulación de *Enterovirus* existe a nivel mundial. La meningitis aséptica estacional debida a los *Enterovirus* no polio ha observado un pico en el Hemisferio Norte durante el verano hasta principios de otoño.

Mientras que el serotipo predominante varía cada año, con la circulación simultánea de varios serotipos comúnmente observados, las recientes epidemias han sido atribuidas principalmente a Echovirus 30 (E30).

CARACTERÍSTICAS DEL TEST

Sensibilidad y especificidad clínica

Se llevó a cabo una evaluación, con muestras de heces, comparando los resultados obtenidos por un test inmunocromatográfico (CerTest *Enterovirus*, CerTest) y otro inmunoensayo de *Enterovirus* comercializado (IDEIA *Enterovirus* assay, Dako y IMAGEN™ *Enterovirus*, Oxoid).

Los resultados se muestran a continuación:

		IDEIA <i>Enterovirus</i> assay y IMAGEN™ <i>Enterovirus</i>		
		+	-	Total
IC test: CerTest <i>Enterovirus</i>	+	3	0	3
	-	0	32	32
	Total	3	32	35

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest <i>Enterovirus</i> vs IDEIA <i>Enterovirus</i> assay y IMAGEN™ <i>Enterovirus</i>	>99%	>99%	>99%	>99%

Los resultados mostraron que CerTest *Enterovirus* presenta una alta sensibilidad y especificidad para detectar *Enterovirus*.



CERTEST *Enterovirus*

One Step test to detect Enterovirus in card format /
Prueba de un solo paso para detección de Enterovirus en formato cassette

Reacciones cruzadas

Se realizó una evaluación para determinar posibles reacciones cruzadas de CerTest *Enterovirus*; no se detectó reacción cruzada con patógenos gastrointestinales ocasionalmente presentes en las heces:

<i>Astrovirus</i>	<i>Helicobacter pylori</i>	<i>Shigella boydii</i>
<i>Campylobacter coli</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Shigella dysenteriae</i>
<i>Campylobacter jejuni</i>	<i>Norovirus</i>	<i>Shigella flexneri</i>
<i>Clostridium difficile</i>	<i>Rotavirus</i>	<i>Shigella sonnei</i>
<i>Cryptosporidium parvum</i>	<i>Salmonella enteritidis</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Entamoeba histolytica</i>	<i>Salmonella paratyphi</i>	<i>Yersinia enterocolitica</i>
<i>Escherichia coli</i> O157:H7	<i>Salmonella typhimurium</i>	
<i>Giardia lamblia</i>	<i>Salmonella typhi</i>	

REFERENCES/BIBLIOGRAFÍA

1. RAJTAR, B. et al. "Enteroviruses in water environment-a potential threat to public health". *Ann. Agric. Environ. Med.*, 2008, No 15, p. 199-203.
2. BAEK, K. et al. "Molecular and Epidemiological Characterization of Enteroviruses Isolated in Chungnam, Korea from 2005-2006." *J. Microbiol. Biotechnol.*, 2009, 19(9), p. 1055-1064.
3. FONG, T. et al. "Enteric Viruses of Humans and Animals in Aquatic Environments: Health Risks, Detection, and Potential Water Quality Assessment Tools". *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, June 2005, Vol. 69, No. 2: p. 357-371.
4. AFFFI, S. et al. "Isolation and Identification of Non-Polio Enteroviruses from Children in Different Egyptian Governorates", *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 2009, Vol. 3, No. 4: pp. 3230-3238.

SYMBOLS FOR IVD COMPONENTS AND REAGENTS/SÍMBOLOS PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO

IVD In vitro diagnostic device Producto para diagnóstico in vitro	Keep dry Almacenar en lugar seco	Use by Fecha de caducidad	Manufacturer Fabricante	LOT Batch code Número de lote
Consult instructions for use Consultar las instrucciones de uso	Temperature limitation Limitación de temperatura	Contains sufficient for <n> test Contiene <n> test	DIL Sample diluent Diluyente de muestra	REF Catalogue number Número de referencia





CerTest
BIOTEC S.L.

Pol. Industrial Río Gállego II, Calle J, Nº 1,
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (SPAIN)
www.certest.es

