



**Labcare**  
de Colombia



American  
Proficiency  
Institute

## Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Tiempo de Coagulación Activado en Hemochrom/Helena. API (USA)

### Especificaciones Técnicas

<b>Referencia Interna:</b>	API 211
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	1
<b>Eventos por Año:</b>	3
<b>Meses de Participación:</b>	Marzo - Julio - Noviembre
<b>Número de Muestras por Evento:</b>	5
<b>Informes Disponibles:</b>	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>	
<b>Tiempo de Coagulación Activado</b>	
<b>Características de la Muestra:</b>	Volumen 3,0 ml. Plasma liofilizado Para Hemochron/Helena
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal API-PT
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre
<b>Respaldo Regulatorio:</b>	Aceptado por CAP, CMS, COLA, TJC
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
<b>Origen:</b>	Estados Unidos