



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) SARS-CoV-2 Antígeno. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 387
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
SARS CoV-2	
Características de la Muestra:	Escobillón Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	% de Desempeño Actual y Acumulado. Evaluación Cualitativa por Concordancia.
Respaldo Regulatorio:	Aceptado por CAP, CMS, COLA, TJC.
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos