



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para aPTT en Hemochron Jr. Citrate

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 252
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
aPTT - tiempo parcial de tromboplastina (Hemochron Jr. Citrate)	
Características de la Muestra:	Volumen 0,7 ml. Plasma liofilizado Para Hemochron Jr. II, Signature, Signature +, Signature Elite. Para usar con cubeta de Citrato Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Aceptado por CAP, CMS, COLA, TJC
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos