



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Uroanálisis-Tira Reactiva & hCG

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 232
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	15
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo-Julio-Noviembre
Número de Muestras por Evento:	2 Muestras de orina
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Bilirrubina-Bilirrubina, confirmatoria-Blood/Hemoglobin-Creatinina-Glucosa-HCG-Cetonas-Esterasa leucocitaria-Nitritos-pH-Proteinas-Proteinas, confirmatoria-Gravedad específica-Urobilinogeno.	
Características de la Muestra:	Volumen 10 ml Muestra de orina simulada Almacenar de 2° a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos