



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Tiempo de Coagulación Activado en Hemochron Jr. ACT - LR

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 247
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Tiempo de Coagulación Activado (Hemochron Jr. ACT - LR)	
Características de la Muestra:	Volumen 0,7 ml. Plasma liofilizado Para Hemochron Jr., Signature, Signature +, Signature Elite y IL Gem PCL. Para usar con cubeta de ACT-LR Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Aceptado por CAP, CMS, COLA, TJC
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos