



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Glucosa y Hemoglobina en Equipos Hemocue

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 928
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Enero - Agosto - Agosto.
Número de Muestras por Evento:	Dos (2) Hemolizados.
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Hemoglobina y Glucosa en equipos HemoCue 201 Series, HemoCue 301 analyzers y HemoCue 801.	
Características de la Muestra:	Volumen de 1,0 ml - Hemolizado. Líquida lista para uso. Base Humana. Almacenar de 2° a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos