Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Marcadores Virales. API (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 417
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	12
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Agosto - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	5 Plasmas
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Anti-HAV (total & IgM) **Anti-HAV (IgG)** **Anti-HBc (total & IgM)** **Anti-HBs, qualitative & quantitative** **Anti-HCV** **Anti-HIV-1** **Anti-HIV-1/2** **Anti-HIV-1/2 Confirmatory** **Anti-HIV-1/2, p24 Antigen** **Anti-HIV-2** **HBsAg** **HBsAg Confirmatory**	
Características de la Muestra:	Volumen de 3 ml Muestra lista para uso Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Media, SD, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos