



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Marcadores Tumorales. API (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:		API 183
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:		11
Eventos por Año:		3
Meses de Participación:		Enero - Mayo - Agosto
Número de Muestras por Evento:		5
Informes Disponibles:		Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles		
Beta-2 Microglobulina CA 125 CA 15-3 CA 19-9	CA 27.29 CEA PSA complejo PSA libre	PSA total PSA (libre/total ratio) Tiroglobulina
Características de la Muestra:		Volumen 2,0 ml. Suero Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:		Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:		Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:		Evaluación cualitativa: Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, Rango, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:		Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA (Aplica solo para ensayos cualitativos)
Capacitación y Educación:		Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:		Estados Unidos