



Ensayo de Aptitud (PT) Quik Response para Determinación de Oxígeno Disuelto en Agua Residual. ERA (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ERA 213QR
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	Disponible en cualquier momento.
Meses de Participación:	A demanda.
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Final Quik Response.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Oxígeno Disuelto	
Características de la Muestra:	Volumen 500,0 ml. Lista para su uso. Verificar el rango de medición y los métodos en https://www.eraqc.com/products/ Verificar rango de medicion en el catálogo de producto. Requisitos de Almacenamiento: 2°C - 6 °C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal e-DATA
Oportunidad del Reporte:	Al instante una vez enviados los resultados.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa. z-Score - Incertidumbre - recuperación relativa - Porcentaje Aceptable. Evaluacion Cualitativa. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 2a edición- A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos