



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Inmunoensayo. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 133		
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	22		
Eventos por Año:	3		
Meses de Participación:	Enero - Mayo - Agosto		
Número de Muestras por Evento:	2		
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes		
Mensurandos o Pruebas Disponibles			
11-Deoxycortisol	Estriol	LH	PSA Total
17-OHProgesterona	Ferritina	PAP	Testosterona
Androstenediona	Folato	Prealbumina	TIBC
CEA	FSH	Progesterona	Transferrina
DHEA-S	Hormona de Crecimiento	Prolactina	Vitamina B12
Características de la Muestra:	Volumen 5,0 ml. Suero Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.		
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT		
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar		
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, Rango, SDI, Incertidumbre		
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA		
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón		
Origen:	Estados Unidos		