



**Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Uroanálisis Tira Reactiva.
RCPAQAP (Australia).**

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 12190102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	8
Eventos por Año:	4
Meses de Participación:	Marzo - Junio - Septiembre - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Acido Ascorbico Bilirrubinas Glucosa Leucocito esterasa Nitritos pH Proteínas	
Características de la Muestra:	Volúmen: 10,0 ml. Liofilizado Requisitos de almacenamiento: 2°C a 8°C y protegido de la luz
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Preliminar: al cierre de la fecha de reporte. Informe final - 10 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Concordancia. Resumen de participantes. Graficos histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia