



Ensayo de Aptitud POQTROL para Prueba de Embarazo (hCG) Cualitativa en Orina. ACG (COL).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ACG PT-003
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	6
Meses de Participación:	Febrero - Abril* - Junio - Agosto - Octubre - Diciembre (*inicio de ciclo)
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Informe de Rutina Informe de Fin de Ciclo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Detección cualitativa de hCG	
Características de la Muestra:	Volúmen: 1 ml. Orina Lista para usar. Aplica para Inmunocromatografía de flujo lateral POCT No aplica para métodos ELISA. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Pagina web www.acgcalidad.co
Oportunidad del Reporte:	Hasta 8 días calendario a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Concordancia Resumen de pruebas.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043:2010 ONAC - IAAC - ILAC
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Colombia