



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Panel de Infecciones de Transmisión Sexual. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 392
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	4
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Identificación de bacterias: Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Haemophilus ducreyi, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum. Identificación de espiroquetas: Treponema pallidum Identificación de virus: Herpes simplex 1 y 2 Identificación de parásitos: Trichomonas vaginalis	
Características de la Muestra:	Hisopo Aplica para panel molecular multiplex. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	NA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos