Ensayo de Aptitud (PT) Quik Response para Semivolátiles Orgánicos en Agua de Suministro. ERA (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ERA 690QR
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	16
Eventos por Año:	Disponibles en cualquier momento.
Meses de Participación:	A demanda.
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Informe Final Quik Response
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Cada estandar contiene: Benzo(a)pyrene, bis (2-ethylhexyl)adipate y bis(2-ethylhexyl)phthalate. **Y al menos 13 analitos adicionales del siguiente listado:** Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene, Butyl benzyl phthalate, Chyrsene, Dibenz(a,h)anthracene, Di-n-butyl phthalate, Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate, Di-n-octyl phthalate, bis(2-Ethylhexyl)adipate, bis(2-Ethylhexyl)phthalate, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene	
Características de la Muestra:	Volúmen: 2,0 ml. Ampolla sellada en llama. Rinde hasta 2 litros despues de la dilución. Verificar el rango de medición y los métodos en https://www.eraqc.com/products/ Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 6°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal e-DATA
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa. z-Score - Incertidumbre - recuperación relativa - Porcentaje Aceptable. Evaluacion Cualitativa. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 2a edición- A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos