

## Ensayo de Aptitud (PT) para Determinación de PAHs en Niveles Bajos en Suelo. ERA (USA).

### Especificaciones Técnicas

<b>Referencia Interna:</b>	ERA 625	
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	16	
<b>Eventos por Año:</b>	Hasta 4	
<b>Meses de Participación:</b>	Frecuencia Trimestral	
<b>Número de Muestras por Evento:</b>	2	
<b>Informes Disponibles:</b>	Resumen del Estudio. Límites Preliminares. Reporte de Excepción. Reporte de Desempeño. Reporte Final.	
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>		
Acenaphthene	Benzo(g,h,i)perylene	Fluorene
Acenaphthylene	Benzo(a)pyrene	Indeno(1,2,3-cd)pyrene
Anthracene	Chrysene	Naphthalene
Benzo(a)anthracene	Dibenz(a,h)anthracene	Phenanthrene
Benzo(b)fluoranthene	Fluoranthene	Pyrene
Benzo(k)fluoranthene		
<b>Características de la Muestra:</b>	Volumen 30,0 gr. Suelo Lista para usar Verificar el rango de medición y los métodos en <a href="https://www.eraqc.com/products/">https://www.eraqc.com/products/</a> Verificar rango de medicion en el catálogo de producto. Requisitos de Almacenamiento: 2°C - 6 °C.	
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal e-DATA	
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Hasta 10 días a partir de la Fecha Límite para Reportar	
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	Evaluación Cuantitativa. z-Score - Incertidumbre - recuperación relativa - Porcentaje Aceptable. Evaluacion Cualitativa Histograma.	
<b>Respaldo Regulatorio:</b>	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 2a edición- A2LA	
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón	
<b>Origen:</b>	Estados Unidos	