Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Diagnóstico de Parásitos de Malaria por Prueba Rápida. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 11270102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Mayo - Octubre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Diagnóstico de Parásitos de Malaria por Prueba Rápida	
Características de la Muestra:	Volúmen: 100,0 uL. HRP-II en buffer con sangre total, Requisitos de almacenamiento: 2°C a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia