



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Ensayo de Aptitud (PT) Química de Agua y Medio Ambiente. Agua Mineral Embotellada. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-AQ-59
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	10
Eventos por Año:	Hasta 2
Meses de Participación:	Mayo - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Calcio Magnesio Potasio Sodio	Bicarbonato Cloro Sulfato
	Nitrato pH TDS/Residuo seco
Características de la Muestra:	Volúmen: 500,0 ml. Agua Mineral. Lista para usar. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluación Cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	NA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido