



Ensayo de Aptitud (Control de Calidad Externo) para Serología Hepatitis Cualitativo. Certus (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	PT-CL-IM-HEP
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	9
Eventos por Año:	12 (Distribuidos en 2 despachos de 6 muestras c/u)
Meses de Participación:	Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre.
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Anti -HAV, total Anti -HAV, IgG Anti -HAV, IgM Anti -HBc, total	Anti -HBc, IgM Anti -HBs Cualitativo Anti -HBs Cuantitativo Anti -HCV
Características de la Muestra:	Volumen: 1,5 mL Vial de suero Requisitos de Almacenamiento: Refrigerado: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC
Oportunidad del Reporte:	Hasta 7 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa: Comparación frente al resultado esperado. Evaluación Cuantitativa SOLO para Anti-HBS z-Score, Rango - SDPA Satisfactorio, Cuestionable, Insatisfactorio.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Estados Unidos