Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Inmunohematología - Rh en Lamina

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 513
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Abril - Agosto - Diciembre
Número de Muestras por Evento:	5 Globulos rojos
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Rh en lamina	
Características de la Muestra:	Volumen de 0.5 ml - Suspension de GR al 35-45% Muestra lista para uso Almacenar de 2° a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos