



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Inmunohematología

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 532
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	8
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Abril - Agosto - Diciembre
Número de Muestras por Evento:	6 Globulos rojos 5 Suero 2 Globulos rojos para compatibilidad ISBT
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Grupos ABO: Grupo O, Grupo A, Grupo B, Grupo AB. Subgrupos ABO: Grupo A1, Grupo Asub, Grupo A1B, Grupo AsubB, ABO Subtipo no aplica. Tipo Rho (D): Rh positive, Rh (D débil) Positivo, Rh negative, Rh Neg, D débil (Du) no realizado. Identificación de Anticuerpos: Anti-C, Anti-c , Anti-Cw , Anti-D, Anti-E, Anti-e, Anti-Fy(a), Anti-Fy(b), Anti-Jk(a), Anti-Jk(b), Anti-K, Anti-k, Anti-Le(a), Anti-Le(b), Anti-Lu(a), Anti-Lu(b), Anti-M, Anti-S, Anti-s, Anti-V. Identificación de Antígenos: Tipo C, Tipo c, Tipo C(w), Tipo D, Tipo E, Tipo e, Fy(a), Fy(b), Jk(a), Jk(b), Tipo K, Tipo k (Cellano), Le(a), Le(b), Lu(a), Lu(b), Tipo M, Tipo N, Tipo S, Tipo s. Pruebas de Compatibilidad Screening de Anticuerpos Prueba de compatibilidad electronica	
Características de la Muestra:	Volumen de 2.0 ml - Suspension de GR al 4% Volumen de 3.0 ml - Suero Muestra lista para uso Almacenar de 2° a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos