



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Ensayo de Aptitud (PT) Higiene. TAMC por placa de contacto. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-HY-03
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Recuento total de mesófilos aerobios Identificación de mesófilos aerobios	
Características de la Muestra:	Volumen: 5,0 ml de diluyente. Superficie plástica con un comprimido liofilizado. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluación Cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido