



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Inmunohistoquímica PD-L1 para el CPCNP. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 13440102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Febrero - Agosto
Número de Muestras por Evento:	Varía según el evento
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
PD-L1 para el CPCNP	
Características de la Muestra:	Volumen: N/A Secciones de parafina no teñidas y fijadas con formol que comprenden bloques de tejido compuesto que se teñirán para PD-L1. Requisitos de almacenamiento: 20 - 25°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Comparación por concordancia. Evaluación: Satisfactoria - insatisfactoria
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia