



Ensayo de Aptitud (Inter-laboratorios) POQTROL para Pruebas Rápidas Infecciosas

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ACG PT-001
Número de Mensurandos Evaluados:	Hasta 4
Número de Equipos Evaluados:	Hasta 3
Número de Muestras por Ciclo:	6
Informes Disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo
Meses de Inicio de Ciclo:	Agosto (Opcional: Febrero -Abril-Junio-Diciembre)
Mensurandos Disponibles	
Inmunocromatografía de flujo lateral para: HIV - HCV - Sifilis - HBsAg	
Características de la Muestra:	Volumen de 0,5 ml Liofilizada Suero Almacenar de 2° a 8°C Estable durante 1 día a temperatura ambiente Concentración Desconocida
Periodicidad de Procesamiento:	Bimestral
Reporte de Resultados:	Internet a través de página www.acgcalidad.co
Oportunidad del Reporte:	Hasta 8 días calendario a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia por grupo de comparación o valor asignado por el programa Resumen de pruebas y lotes de los participantes del programa Evaluación de competencia para un profesional o talento humano en salud certificado al final del ciclo
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Colombia