

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) HIV-1 (RNA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAV994108_2
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Marzo - Julio
Número de Muestras por Evento:	4
Informes Disponibles:	Reporte individual
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Virus (HIV) RNA	
Características de la Muestra:	Volumen 1,2 ml Plasma listas para usar Cultivo de Virus y/o Material Clinico Almacenar de -20 °C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Entre 15 a 30 dias de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Consenso Analisis cualitativo de acuerdo a la frecuencia de detección asignada
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido