



Labcare
de Colombia



QCMD
Quality Control for Molecular Diagnostics

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular para *Toxoplasma gondii*

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAP044123_1
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Trimestre 4
Número de Muestras por Evento:	10
Informes Disponibles:	Individual cualitativo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<i>Toxoplasma gondii</i>	
Características de la Muestra:	Liofilizada. Líquido amniótico y/o plasma. Origen: Cultivo viral y/o material clínico. Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa Frecuencia de detección basado en el del grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Gráfico de barras.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido