



Labcare
de Colombia



QCMD
Quality Control for Molecular Diagnostics

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular para HIV 2

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAV204212_2
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Trimestre 1 y 3
Número de Muestras por Evento:	4
Informes Disponibles:	Individual cualitativo y cuantitativo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
HIV tipo 2	
Características de la Muestra:	Volumen 1,2 ml. Listas para usar. Plasma. Origen: Material de cultivo y/o material clínico. Almacenar a -20 °C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa Frecuencia de detección basado en el grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Gráfico de barras. Evaluación Cuantitativa Por método individual "método de amplificación/detección". Media. Puntuación cuantitativa de la estimación del panel (SD). Gráfico de Levey Jennings.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido