



Labcare
de Colombia



QCMD
Quality Control for Molecular Diagnostics

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular para Herpes simplex virus 1& 2 (HSV)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAV994105_1
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Trimestre 3
Número de Muestras por Evento:	10
Informes Disponibles:	Individual cualitativo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Herpes Simplex Virus 1 y 2 DNA	
Características de la Muestra:	Volumen 1,0 ml. Listas para usar. Medio de transporte y/o LCR sintético. Origen: Cultivo viral y/o material clínico. Almacenar a -20 °C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa Frecuencia de detección basado en el del grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Grafico de barras.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido