



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Detección de Alergenos e Ig E Total en Suero

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 419
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Agosto - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Alergenos específicos - IgE Total	
Características de la Muestra:	Volumen 2,0 ml. Suero Líquida lista para uso
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable). % de Desempeño Actual y Acumulado. Evaluación Cuantitativa para IgE. Evaluación Cualitativa y Cuantitativa para Alergenos Específicos. Media, SD, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos