



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Aceites y grasas en aguas residuales y efluentes. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-AQ-24
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	5
Meses de Participación:	Febrero - Mayo - Julio - Septiembre - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Volumen de la muestra suministrada Total de aceite y grasa	
Características de la Muestra:	Volumen: Variable Aguas residuales Requisitos de Almacenamiento: 2 - 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretacion de la evaluacion cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluacion cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido