



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Quik Response para Nitrito, WS. ERA (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ER 695QR
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	Disponible en cualquier momento.
Meses de Participación:	A demanda
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte final Quik Response.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Nitrito como N	
Características de la Muestra:	Volumen 15,0 ml. Vial con tapa de rosca. Verificar el rango de medición y los métodos en https://www.eraqc.com/products/ Requisitos de Almacenamiento: 20 - 25°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal e-DATA
Oportunidad del Reporte:	Al instante una vez enviados los resultados.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa. z-Score - Incertidumbre - recuperación relativa - Porcentaje Aceptable. Evaluación Cualitativa. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 2a edición- A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos