



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para HIV Pruebas Rápidas. Anti-HIV-1/2, HIV-1 p24 Antígeno

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 432
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Agosto - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Anti-HIV-1/2 - Antígeno HIV-1 p24	
Características de la Muestra:	Volumen 1,0 ml. Suero Líquida lista para su uso
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días apartir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cualitativa
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos