Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Citomegalovirus (CMV) IgG & IgM

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	MLE 788
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Junio - Octubre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Citomegalovirus IgG - Citomegalovirus IgM	
Características de la Muestra:	Volumen 0,5 ml. Plasma Liofilizado Almacenar 2°C a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal MLE Web Data Entry System
Oportunidad del Reporte:	Hasta 30 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable). Concordancia con la Respuesta Aceptable. Evaluación Cualitativa y Cuantitativa. Media, SD, SDI
Respaldo Regulatorio:	Aprobado por CMS, COLA, TJC
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos