



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Interferón-gamma inducido por Mycobacterium tuberculosis. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 450
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Marzo - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Infección por M. tuberculosis	
Características de la muestra:	Volumen: 1 ml. Muestras de suero liofilizado y un control mitógeno liofilizado. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C
Reporte de resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del reporte:	Hasta 20 días a partir de la fecha límite de reporte.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluacion cualitativa: Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos