

**Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Mycoplasma. RCPAQAP (Australia).****Especificaciones Técnicas**

<b>Referencia Interna:</b>	RCP 20080102
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	4
<b>Eventos por Año:</b>	2
<b>Meses de Participación:</b>	Enero - Julio
<b>Número de Muestras por Evento:</b>	2
<b>Informes Disponibles:</b>	Reporte Final
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>	
Mycoplasma IgA IgG IgM Anticuerpos totales	
<b>Características de la Muestra:</b>	Volumen: 0,5 ml. Suero/Plasma. Requisitos de almacenamiento: - 20°C
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal myQAP
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Informe final - 20 días
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado. Gráficos: Diagramas de dispersión e histograma.
<b>Respaldo Regulatorio:</b>	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
<b>Origen:</b>	Australia