

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Co-Oximetría. Randox (UK)

Especificaciones Técnicas

Referencia interna:	RA RQ9177
Número de mensurandos evaluados:	Hasta 5
Número de equipos evaluados:	1
Número de muestras por ciclo:	12
Informes disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo Informe de Grupo de Instrumentos - Hasta 5 por Mensurando Informe de Grupo de Sedes - Las Requeridas
Meses de Inicio de Ciclo:	Enero
Mensurandos Disponibles	
Carboxihemoglobina (COHb / HbCO) Metahemoglobina (MetHb) Oxihemoglobina (O ₂ Hb / HbO ₂) Hemoglobina Total (tHb) Desoxihemoglobina (RHb / HHb)	
Características de la Muestra:	Volumen: 1 ml Liofilizada Adecuada para POCT Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C
Periodicidad de Procesamiento:	Mensual
Reporte de Resultados:	Internet - Portal RIQAS Net
Oportunidad del Reporte:	Hasta 72 Horas a Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media De Comparación (Método - Instrumento y Todos Los Métodos) Grafica De Levey Jennings (Media- SDPA- SDI- RMSDI) Um (Incertidumbre De La Medición) RM%DEV (Promedio Acumulado Del % De Desviación) % DEV (% De Desviación Por Muestras) % De Desviación Por Concentración Criterios de Aceptabilidad SDI - %DEV
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido