

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para HSV 1 & 2 (molecular). API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 373
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Virus del herpes simple tipo 1 Virus del herpes simple tipo 2	
Características de la muestra:	Volumen: 1 ml. Muestra líquida. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C
Reporte de resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del reporte:	Hasta 20 días a partir de la fecha límite de reporte.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluacion cualitativa: Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, Rango, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos