

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Tinción de Gram – Frotis Directos (Virtual). API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 329
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	4
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Tinción de Gram / Morfología Leucocitos Calidad del esputo Calidad de la tinción	
Características de la muestra:	Imágenes virtuales de frotis directos teñidos con Gram, provenientes de diversas fuentes como sangre, esputo, LCR o heridas. Requisitos de almacenamiento: No Aplica
Reporte de resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del reporte:	Hasta 20 días a partir de la fecha límite de reporte.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, Rango, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos