

Ensayo de Aptitud (Control de Calidad Externo) para Gases Arteriales. Certus (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia interna:	PT-CL-CC-BLG
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	13
Eventos por Año:	12 (Distribuidos en 2 despachos de 6 muestras c/u)
Meses de participación:	Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
Número de muestras por evento:	1
Informes disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Bicarbonato (tCO ₂) Calcio ionizado Cloruro Creatinina Glucosa Lactato	Magnesio ionizado pCO ₂ pH pO ₂ Potasio Sodio
Características de la muestra:	Volumen: 3 ml. Ampollas con solución acuosa. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8 °C
Reporte de resultados:	Internet - Portal LGC
Oportunidad del reporte:	Hasta 7 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cuantitativa: z-Score Rango - SDPA Interpretación de evaluación cuantitativa: Satisfactorio, Cuestionable, Insatisfactorio.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Estados Unidos