

Ensayo de Aptitud (Control de Calidad Externo) para Uroanálisis y hCG. Certus (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia interna:	PT-CL-HM-UA
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	15
Eventos por Año:	3
Meses de participación:	Abril - Agosto - Noviembre
Número de muestras por evento:	2
Informes disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Bilirrubina Bilirrubina (confirmatoria) Sangre / Hemoglobina Creatinina Glucosa hCG Cetonas Esterasa leucocitaria	Nitritos pH Proteína Proteína (confirmatoria) Sustancia reductora Gravedad específica (densidad urinaria) Urobilinógeno
Características de la muestra:	Volumen: 10 ml. Orina. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8 °C
Reporte de resultados:	Internet - Portal LGC
Oportunidad del reporte:	Hasta 7 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Comparación frente al resultado esperado.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Estados Unidos