Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Virus respiratorio sincitial (VRS). QCMD (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAV054142_1
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Q4: Octubre a Diciembre
Número de Muestras por Evento:	10
Informes Disponibles:	Individual cualitativo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Deteccion del Virus respiratorio sincitial (VRS) y variantes	
Características de la Muestra:	Volumen: 1,0 ml. Formato matriz: Medio de transporte. Origen: Cultivo y/o material clínico. Requisitos de Almacenamiento: <-20°C / Congelado en hielo seco
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	**Evaluación Cualitativa** Frecuencia de deteccion basado en el del grupo de pares. Puntuacion cualitativa de deteccion del panel. Puntuacion cualitativa por color. Grafico de barras.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido