Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Inmunohematología

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 511
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	3
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Abril - Agosto - Diciembre
Número de Muestras por Evento:	5 Globulos rojos
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Grupos ABO: Grupo O, Grupo A, Grupo B, Grupo AB. Subgrupos ABO: Grupo A1, Grupo Asub, Grupo A1B, Grupo AsubB, ABO Subtipo no aplica Tipo Rho (D): Rh positive, Rh (D débil) Positivo, Rh negative, Rh Neg, D débil (Du) no realizado.	
Características de la Muestra:	Volumen de 3.0 ml - Suspension de GR al 4% Muestra lista para uso Almacenar de 2° a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos