

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Microscopía. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 287
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	8
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Octubre
Número de Muestras por Evento:	Hasta 2
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Leucocitos fecales Prueba de arborización Frotis nasal Preparación para oxiuros Espermatozoides, positivo/negativo (posvasectomía)	Sedimento urinario Preparación húmeda vaginal Preparación húmeda vaginal con KOH
Características de la Muestra:	Fotografías virtuales e impresas. Incluye dos eventos para sedimento urinario y un evento para todos los demás analitos. Requisitos de almacenamiento: 20 - 25°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días apartir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos