Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Virus Torque Teno (TTV). QCMD (UK)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAV184203_1
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Q2: Abril a Junio
Número de Muestras por Evento:	6
Informes Disponibles:	Individual cualitativo Informe cuantitativo*
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Detección de Virus Torque Teno (TTV)	
Características de la Muestra:	Volumen : 1.0 mL Plasma y/o medio de transporte. Origen: Cultivo y/o Material clínico. Requisitos de almacenamiento: <20°C, congelado en hielo seco.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 dias despues de la fecha de reporte.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	**Evaluación Cualitativa** Frecuencia de deteccion basado en el del grupo de pares. Puntuacion cualitativa de detección del panel. Puntuacion cualitativa por color. Gráfico de barras. **Evaluación Cuantitativa** *Solo con propósitos informativos.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido